



Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

**DIRECTION DE L'EVALUATION
DES DISPOSITIFS MEDICAUX**

**DEPARTEMENT DES
VIGILANCES**

CADRE RESERVE A L'AFSSAPS

Dossier suivi par : Hélène LECOINTRE
Tél. : 01.55.87.37.76
Adresse mail : helene.lecoindre@afssaps.sante.fr
Numéro d'enregistrement Afssaps :

CADRE A REMPLIR PAR L'ETABLISSEMENT DE SANTE

Questionnaire rempli par :
Qualité :
Date : / / / / / / / /

QUESTIONNAIRE DECLARANT

INCIDENTS RELATIFS AUX BARRIERES DE LIT

1. CARACTERISTIQUES :

	LIT	BARRIERE	MATELAS
Fabricant			
Fournisseur			
Modèle			
Référence			
N° de série			
N° d'inventaire			
Date d'achat			
Nombre de dispositifs similaires sur ce site			

- Existence d'une notice d'utilisation pour ces différents dispositifs :
 - Lit OUI NON
 - Barrière OUI NON
 - Matelas OUI NON

Si oui, merci de nous en transmettre une copie.

Ces notices se trouvent-elles à proximité des dispositifs ? OUI NON

2. CIRCONSTANCES DETAILLEES DE L'INCIDENT :

- 2.1 Moment de la journée : Matin Après-midi Nuit
- 2.2 Position du lit : Haute Basse
 Allongée Semi-Assise Assise
- 2.3 Position des barrières : Barrière entière Demi-barrière
- Barrière latérale gauche : Position relevée Position baissée
Barrière latérale droite : Position relevée Position baissée
- Demi-barrière latérale gauche :
- « Tête » : Position relevée Position baissée
- « Pied » : Position relevée Position baissée
- Demi-barrière latérale droite :
- « Tête » : Position relevée Position baissée
- « Pied » : Position relevée Position baissée

2.4 Position du patient au moment de l'incident :

Le patient s'est-il retrouvé au sol ? : Oui Non Partiellement

S'il y a eu piègeage, quelle est la partie du corps piégée ? : Tête Cou Thorax Membres

Espace(s) mis en cause :

- Entre les 2 demi-barrières
- Entre le matelas et la barrière
- Inter-barreaux
- Entre le pied de lit et la barrière
- Entre la tête de lit et la barrière
- Glissement sous la barrière
- Autre

Dimension de(s) l'espace(s) mis en cause:

.....

.....

2.5 L'utilisation de la barrière a-t-elle fait l'objet d'une prescription ? OUI NON

2.6 Utilisation d'un moyen de contention autre que la barrière : OUI NON

Si oui, avait-elle fait l'objet d'une prescription? : OUI NON

Lequel (Précisez le fabricant et la référence):

- Gilet :
- Ceinture abdominale:
- Attache pieds:
- Attache poignets:
- Autre :

6. AUTRES INCIDENTS :

Avez-vous déjà rencontré des incidents du même type ?

OUI

NON

Si oui, lesquels et sur quels types de dispositifs ?

5 MESURES CONSERVATOIRES :


6 COMMENTAIRES :

7 INFORMATION:

Nous vous rappelons que les informations/ recommandations diffusées par l'Afssaps au sujet des lits médicaux sont disponibles sur le site "<http://afssaps.sante.fr/>", rubrique :

- ⇒ « Sécurité sanitaire & vigilances » (barre de menu en haut de l'écran)
- ⇒ « Matériorvigilance » (menu déroulant)
- ⇒ « Point sur la sécurité des lits médicaux » (encadré 'travaux publiés' en bas à gauche de l'écran)


EXEMPLES DE PIEGEAGES



- Entre les barreaux




- Entre les 2 demi-barrières



- Entre les 2 demi-barrières



- Entre le matelas et la barrière



- Entre la tête de lit et la barrière