FICHE TECHNIQUE



Électrode mousse à pression pour holter épreuve d'effort 36x48mm Par 30

Modèle spécial Holter, test d'effort, monitorage

Support mousse adhésif prégélifié pour une adhérence optimale sur la peau du patient. Composants hypoallergéniques.
Excellente conductivité avec Ag/AgCl.

- Mousse PE: épaisseur 1mm
- Adhésif hypoallergénique
- Film sous adhésif siliconné
- Surface prégélifiée: Ø 17 mm
- Contact haute sensibilité Ag/Agcl assurant une bonne conductivité
- Pression acier inoxydable
- Sans latex
- Sans PVC
- Usage unique

Électrodes rectangulaires: 36 x 48 mm.

Conditionnement en sachet étanche et stérile de 30 électrodes.

Fabrication Européenne.
Matériel médical CE.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com