



### Embouts de rechange pour déambulateurs et rollators

Embouts de rechange spécialement adaptés aux déambulateurs et rollators

Embouts en caoutchouc noir pour déambulateurs et rollators.

Ces embouts sont adaptés à tous les déambulateurs ou rollators, qu'ils soient ou non proposés sur notre site. Toutefois, à titre d'exemple, nous vous indiquons nos modèles de déambulateurs répondant aux embouts proposés.

#### Bien choisir son embout :

- Pour déambulateur ou rollator diamètre extérieur tube 23 à 24 mm  
: Référence **EMB200**.

[Exemple: Déambulateur 2 roues \(DEAM243\).](#)

- Pour déambulateur ou rollator diamètre extérieur tube 27 à 30 mm  
: Référence **EMB619**.

[Exemple: Déambulateur aluminium articulé S121 Salamander \(DEAMP\).](#)

#### Comment mesurer l'embout adapté (voir photo):

Posez le pied du déambulateur sans l'embout sur une règle graduée et mesurez le diamètre (il est également possible de prendre le diamètre avec un clé en reportant l'écartement sur une règle graduée).

Choisir l'embout en fonction de la dimension et du modèle de votre déambulateur ou rollator.