FICHE TECHNIQUE

Gel Pads pour appareil Livia - Boîte de 6 paires

6 paires de Gel Pads à utiliser sur les électrodes Livia

Les 6 paires de gel pads pour appareil Livia permettent d'utiliser le dispositif pour 6 mois. Ces autocollants gel pads ne s'utilisent que sur les électrodes du dispositif médical Livia.

Il est conseillé de changer ces 2 gel pads à chaque cycle menstruel.

Ce paquet contient :
- 6 paires de Gel Pads Livia (soit 12 gels pads)

Pour remplacer les Gel Pads :
1/ Enlever les gel pads usés des électrodes Livia
2/ Ouvrir l'emballage d'une paire de Gel Pads
3/ Retirer la protection du côté de l'opercule 1
4/ Alignez le Gel Pads sur l'électrode et retirer l'opercule 2

Les électrodes collent à votre peau grâce aux gel pads. Il est conseillé de remplacer ces pads à chaque cycle menstruel, pour s'assurer qu'ils collent toujours bien et éviter ainsi une possible irritation de la peau.

Recommandé par les gynécologues.

Dimensions : 6cm x 6cm

Important - contre indication :

Livia ne peut pas être utilisé par des personnes portant un stimulateur cardiaque ou souffrant de tout autre trouble cardiaque ou un autre dispositif électronique implanté.
Livia ne peut pas être utilisé par des femmes enceintes ou allaitantes ainsi que par des enfants de moins de 15 ans.

Matériel Médical CE - Classe 2a

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com