FICHE TECHNIQUE

Steranios 2% Anios Bandelettes de contrôle de conformité

Pour un contrôle précis du taux de glutaraldéhyde actif des solutions Steranios.

Bandelettes imprégnées d'un réactif spécifique au glutaramdéhyde.

- Permet la vérification du taux de glutaraldéhyde pour les solutions de désinfection à froid Stéranios 2%.
- Contrôle l'efficacité du bain de désinfection.

A utiliser pour les désinfectants à froid Stéranios 2% et Stéranios 20% concentré.

Conditionné par lot de 100 bandelettes.

Test conforme : Rose uniforme.
Test non conforme : Orange ou orange avec bordures roses.

Dispositif médical CE.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com