FICHE TECHNIQUE

Thermomètre numérique avec échelle analogique, 28°C - 43.9°C, 8 secondes

Thermomètre médical hypothermie et fièvre, avec échelle analogique - prise de température

- Combine l'affichage analogique avec la mesure numérique
- Permet la mesure de l'hypothermie
- Mesure rapidement la température en 8 secondes
- Zone de mesure : buccal, axillaire ou rectal
- Plage de température : 28°C minimum - 43.9°C maximum
- Embout souple
- Garde en mémoire le dernier résultat mesuré

Caractéristiques techniques :

Affichage : Afficheur à cristaux liquides
Pile (fournie) : Micro Alcaline 192/384/392 ou LR41/SR41 (1.55V)
Autonomie de la pile : Plus de 200 h en fonctionnement continu
Indice de protection : IP20
Dimensions : 159 x 23 x 15 mm
Alarme : Signal acoustique de 8 secondes environ
Mémoire : Mémoire intégrée permettant d'afficher la dernière température relevée
Déconnexion automatique : Coupure automatique après 3 minutes d'inutilisation

Utilisation :

1 / Nettoyer la sonde après chaque utilisation
2/ Appuyer sur le bouton marche/arrêt, le cadran s'allume
3/ Relâcher le bouton marche/arrêt, l'afficheur passe à "L" avec le "°C" qui clignote
4/ Placer la sonde du thermomètre à l'emplacement voulu (site buccal, axillaires ou rectal)
5/ Dès que le thermomètre ne détecte plus de montée de température, "°C" cesse de clignoter et l'instrument affiche la valeur maximum enregistrée jusque-là, émettant en même temps une suite de signaux acoustiques
6/ L'instrument se déconnecte automatiquement au bout d'environ 3 minutes, mais il est possible de l'éteindre manuellement grâce au bouton "marche/arrêt"

Signal de l'alarme de fièvre :

Si la température monte à plus de 37.5?°C, le signal d'alarme de fièvre retentit (bip rapide continu, persistant pendant environ 8 secondes).

Nettoyage et désinfection :

Dans l'utilisation domestique, nettoyer la sonde de mesure impérativement avant et après chaque usage.
Essuyer la sonde avec une solution savonneuse douce et à l'eau froide.
Désinfecter ensuite la sonde et la partie inférieure de la gaine avec une lingette imbibée d'alcool.
Eviter de l'immerger entièrement lors du nettoyage.
Ne jamais faire bouillir le thermomètre ni le nettoyer dans une étuve.

Produit garanti 2 ans.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com